



MEDICAL COMPANIES

Amersfoort, 5 augustus 2020
Ref. FMJR\20-032

Geachte heer, mevrouw,

Betreft: vervalste Ethicon-producten

Bij Ethicon maken we ons grote zorgen over de toenemende bedreiging van namaakproducten voor de volksgezondheid en de veiligheid van patiënten.

Met dat in gedachten, waarschuwen we u dat u of uw bedrijf SURGICEL®-, LIGACLIP®- of ETHICON SECURESTRAP®-producten van Advanced Inventory Management, Inc. d / b / a eSutures.com ("eSutures") heeft gekocht. eSutures is geen geautoriseerde distributeur van Ethicon en haar producten. eSutures heeft Ethicon-producten verkregen van meerdere leveranciers die eerder vervalste Ethicon-producten in de Verenigde Staten hebben gedistribueerd. Namaakproducten hebben niet dezelfde veiligheid en werkzaamheid als authentieke producten en kunnen door een gebrek aan steriliteit en prestaties een risico vormen voor patiënten. We kunnen de veiligheid en kwaliteit van Ethicon-producten die niet via geautoriseerde kanalen zijn gekocht, niet garanderen.

We hebben niet bevestigd of de SURGICEL®-, LIGACLIP®- of ETHICON SECURESTRAP®-producten die door eSutures aan u worden verkocht, al dan niet vals zijn. Echter, omdat er een kans bestaat dat de producten die u via eSutures wordt verkocht, nagemaakt kunnen worden, raden we u aan de bovenstaande producten die u door eSutures wordt verkocht niet te gebruiken.

Wij verzoeken u alle klachten met betrekking tot verdachte vervalsing, manipulatie en misbruik aan ons te melden voor een productonderzoek.

Ethicon heeft juridische stappen ondernomen tegen eSutures om hun toekomstige distributie van onze Ethicon-producten te voorkomen.

Hoogachtend,
Johnson & Johnson Medical BV

