

## Terugroeping van Genrui's SARS-CoV-2-antigeentestkit (Colloïdaal Goud) voor Zelftesten

Geachte klanten,

Naar aanleiding van meldingen van vals-positieve voorvallen met de **SARS-CoV-2-antigeentestkit (Colloïdaal Goud)** voor zelftesten, roept de fabrikant, Genrui Biotech, twee specifieke partijen terug als volgt:

**Partijen: 20211008, 20211125.**

Na een grondig onderzoek heeft Genrui Biotech de hoofdoorzaak geïsoleerd en bevestigd dat deze incidenten van fout-positieven beperkt zijn tot deze twee specifieke partijen 20211008, 20211125. Genrui Biotech heeft bevestigd dat de betrouwbaarheid van negatieve resultaten niet door dit probleem wordt beïnvloed.

Genrui Biotech heeft zich ertoe verbonden alle betrokken tests op de markt vrijwillig te verwijderen en te vervangen en biedt zijn oprechte verontschuldiging aan voor de stress en het ongemak als gevolg van deze kwestie en blijft zich inzetten om producten en diensten van hoge kwaliteit aan te bieden.

Genrui Biotech Inc.

Datum: 13 jan, 2022